Panasonic

取扱説明書

保管用
保証書付き

電動ケアベッド用 サイドテーブル

品番 PN-S105039



もくじ

●安全上のご注意	……	2
●各部の名称	……	3
●部材･付属品一覧	……	3
●商品寸法図	……	3
●組立方法	……	4
●分解方法	……	4
●天板の高さ調整方法	……	4
●お手入れ方法	……	4
●仕様	……	5
●保証とアフターサービス	……	5
●お客様ご相談窓口のご案内	……	6
●愛情点検表	……	6
●保証書	……	裏表紙

ご使用になる前に必ずお読みください。

最大積載荷重 :30kg 以下

このたびは、電動ケアベッド用サイドテーブルをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

●ご使用前に「安全上のご注意」(2ページ)を必ずお読みください。

●保証書は「お買い上げ日･販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

■ 安全上のご注意 ■　必ずお守りください。

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 警 告	「死亡や重傷などを負うおそれがある内容」です。
⚠ 注 意	「軽症を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）

禁止　してはいけない内容です。	必ず守る　実行しなければならない内容です。

⚠ 警 告

禁止

■天板の上に乗ったり ぶら下がったり よりかかったりしない。
本体が破損しケガをする おそれがあります。

禁止

■すき間や開口部に身体の一部を はさまない。
ご使用者の心身の状態や利用状況に よって、すき間にはさまれ生命に関わる 大きな事故につながる可能性があります。 特に、頭部や首、腕や足がはさまれ ないよう十分ご注意ください。

禁止

■30kg 以上重量物を載せない。
本体が破損しケガをする おそれがあります。

禁止

■テーブルを支えにして歩かない。
本体が破損しケガをする おそれがあります。

禁止

■物を載せた状態で、テーブルの移動や 高さ調整を行わない。
本体が破損しケガをする おそれがあります。

禁止

■製品が破損、または正常な 状態でない時は使用しない。
製品や設置が正常でない時に使用すると ケガの原因になります。

禁止

■テーブルをベッドに設置している時は ベッドの操作をしない。
本体が破損しケガをする おそれがあります。

禁止

■直射日光にあてたり、 火気に近づけない。
色あせやひび割れの原因となり、本体が 破損しケガをするおそれがあります。

必ず守る

■すべりやすい床では使用しない。
本体が破損しケガをする おそれがあります。

禁止

■やかんやポット等の高温になる ものを置かない。
色あせやひび割れの原因となり、本体が 破損しケガをするおそれがあります。

必ず守る

■スプレータイプの殺虫剤を直接噴霧したり 天板に粘着性の強いテープなどを 貼り付けない。
変色・変質・変形の原因となります。

必ず守る

■段差のある場所では移動しない。
床を傷つけたり、汚したりあるいは、 本体が破損しケガをするおそれがあります。

必ず守る

■テーブルを持ち上げて移動する際は、 天板を最高高さに調整してから行う。
本体が破損しケガをする おそれがあります。

必ず守る

■傷つきやすい床では使用しない。
床を傷つけたり、 汚したりするおそれがあります。

必ず守る

■天板に飲み物をこぼしたままにしたり、 水分を含んだものを放置しない。
変色・変質・変形の原因となります。

改造禁止

■修理、改造、部品の代用品は行わない。
本体が正常にはたらかず 破損やケガのおそれがあります。 修理はお買い上げの販売店にご相談ください。

■ 各部の名称 ■



■ 部材・付属品一覧 ■

組立商品となります。必ず同梱されている部材・付属品をご確認下さい。

天板
x1



支柱
x1



脚
x1



六角レンチ（対辺5mm）
x1

六角レンチ
（対辺4mm）
x1

天板固定用ネジ
x6

脚部固定用ネジ
（梱包時の支柱固定分を含む）
x3

取扱説明書
x1

■ 商品寸法図 ■

正面図



上面図



横面図



■ 組立方法 ■

■支柱が伸びている状態での組立方法（工場出荷時）

＊脚部固定用ネジ x3



■支柱を短くしている状態での組立方法

＊脚部固定用ネジ



① 天板を裏返して、水平な床面において下さい。

② 図のように、天板と支柱の穴の位置を合わせ、支柱をおいて下さい。

③ 付属の「天板固定用ネジ」で６ヶ所すべてを工具でしっかり締めてください。

④ 支柱と脚の穴の位置を合わせ、脚を水平に保ちながら、「脚部固定用ネジ」で３ヶ所すべてを工具でしっかり締めてください。

※支柱を短い状態で保管している場合は④の前に支柱部の裏に取り付けられているネジ（１本）をはずしてください。

注 意

■ネジを外す際に支柱の伸びに注意する。
■ネジの締めすぎに注意する。
ナットが破損するおそれがあります。

■ 分解方法 ■

① 天板を裏返して、水平な床面において下さい。

② 脚を水平に保ちながら、支柱と脚の固定ネジをはずしてください。

③ 天板と支柱を固定している「天板固定用ネジ」をはずしてください。

※支柱のみを短くして保管する際は、高さ調整レバーを使用し、支柱を最低高さまで下げながら、「脚部固定用ネジ」で、中心１ヶ所を工具でしっかり締めてください。

注 意

■天板と支柱部を固定しているネジをはずす際は６本全てのネジを均等にゆるめてからはずす。
均等にゆるめず１本ずつネジをはずすと、天板が破損するおそれがあります。

■ 天板の高さ調整方法 ■



●高さ調整レバーを引きながら、天板を昇降させて高さを調整してください。

●高さ調整レバーを離すと、その位置で天板の高さが固定されます。

■高さ調整レバーを引き上げていない場合でも、天板を下から押し上げると高さがあがります。ベッドとの挟み込みに配慮した安全機構であって故障ではありません。

■ お手入れ方法 ■

●中性洗剤のうすめ液をスポンジかやわらかい布にふくませて、汚れをきれいにふきとり、乾いた布で水分をふきとってください。　※水洗いはおこなわないで下さい。

注 意

■タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポンジ等、あるいは塩素系洗剤、酸・アルカリ性洗剤、シンナー、クレゾール等は使用しない。
プラスチックが劣化または破損し、ケガをするおそれがあります。

■ 仕様 ■

製品名	電動ケアベッド用サイドテーブル	
製品品番	PN-S105039	
製品質量	17kg	
サイズ	製品寸法	幅 46x 奥行 103x 高さ 67.4～97.4cm
	天板寸法	幅 40x 奥行 80cm
	天板高さ	67.4～97.4cm
材質	天板：MDF 天板エッジ材：塩化ビニル樹脂 高さ調整レバー・端部キャップ：ポリプロピレン 支柱カバー：ABS 樹脂 支柱・脚フレーム：スチール	
最大積載荷重	30kg 以下	

■ 保証とアフターサービス ■

●保証書について

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店名、購入日」などの記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき、大切に保管してください。
保証期間はお買い上げ日より1年間です。
ただし、一般家庭用以外に使用された場合は保証期間内でも有料修理とさせていただきます。

●補修用性能部品の保有期間

当社は 電動ケアベッド用サイドテーブル の補修用性能部品を製造打切り後、
5年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

●修理を依頼されるとき

●保証期間中は
お買い上げの販売店まで、品名、品番、お買い上げ日、故障の状況（できるだけ具体的に）、
ご住所、お名前、お電話番号をご連絡ください。
保証の規定に従って修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

■ ご使用になる前に ■

平坦でない床面（たたみ･カーペット･クッション性のあるフローリング材など）でベッドをご使用になる場合、本製品とベッドフレームが干渉する可能性があります。その際には「脚座ゴムシート」、「延長脚座」などでベッドの高さを上げてからお使いください。

■ 愛情点検表 ■

サイドテーブル安全チェックシート　※チェック欄が足りない場合はコピーしてお使いください。								
安全点検項目		点検結果（該当には○）					処理手順
		日付					
愛情点検	天板が割れている						○印があるときは、危険な状態になっていますので、使用を中止しお買い上げの販売店にご相談ください。
	キャスターが破損している						
	脚部や支柱部が変形している						
	高さ調整レバーが破損している						
	天板の高さ調整時に天板の下降速度が速くなっている						
	動作時に異常な音がする						○印があるときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

1､本体への表示方法
経年劣化により危害が発生するおそれがあることを注意喚起するために､製造年月日を本体に表示しています。（天板裏のラベルに記載。）

2､想定安全使用期間とは
一般家庭にて使用いただく電動ケアベッド用サイドテーブルにおいて､標準的な条件のもとで､適正な取扱いで使用し､適正な管理維持が行われた場合に、安全上支障なく使用できる期間として､想定される期間です。
※一般家庭以外（病院､施設など､不特定多数の方が使用される場所）に設置された場合は使用条件により､想定安全期間よりも早い時期に劣化するおそれがあります。

3､経年劣化とは
長期間にわたる使用や処置に伴い生じる劣化をいいます。

【想定安全使用期間】　５年　（一般家庭にて使用いただく場合）　　想定安全使用を超えてお使いいただいた場合は､経年劣化によるケガなどの事故に至るおそれがあります。

お客様ご相談窓口のご案内

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は､お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理､その確認などのために利用し､その記録を残すことがあります。
また､個人情報を適切に管理し､修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません｡お問い合わせは､ご相談された窓口にご連絡ください。

パナソニック エイジフリーライフテック株式会社
本社　〒571-8686　大阪府門真市大字門真1048　代表　TEL06(6908)8122
©Panasonic AGE-FREE Life Tech Co.,Ltd.2012

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、
まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

商品・お取扱いなどのご相談は

パナソニック エイジフリーライフテック株式会社

フリーダイヤル 0120-365887

●受付時間　9:00～17:30(土、日、祝日休み)

http://panasonic.biz/healthcare/aflt/

<キリトリ線>

<キリトリ線>

<キリトリ線>

＜ 無料修理規定 ＞

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期内に故障した場合には、無料修理させていただきます。
   （イ）無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
   （ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
   （イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
   （ロ）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
   （ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
   （ニ）車輌、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
   （ホ）一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
   （ヘ）本書のご添付がない場合
   （ト）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
   （チ）持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。（ご相談窓口一覧表を同梱の場合）
   お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対　応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございます　のでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束す　るものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任　　者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するもので　はありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上　げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

<キリトリ線>

Panasonic

持込修理

電動ケアベッド用サイドテーブル

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品　番	PN-S105039
保証期間	お買い上げ日から **本体 1年間**
※ お買い上げ日	年　月　日
※ お客様	ご住所 お名前　**様** 電　話（　）　—
※ 販売店	住所・販売店名 電話（　）　—

パナソニック エイジフリーライフテック株式会社
〒571-8686　大阪府門真市大字門真 1048　TEL06(6908)8122

ご販売店様へ　※印欄は必ず記入してお渡しください。

<キリトリ線>

<キリトリ線>

プラ 袋
>PE<